

제 2015-BO-0281-1 호



안 전 인 증 서

ABB Automation GmbH

Stierstaedter Strasse 5, 60488 Frankfurt, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Gas Analyzer

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
LS4060

인증번호

15-AV4BO-0281

용량·등급

Ex d IIC T4

18~32V, 0.4A, 10W, Ta = -20~55℃

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

아래 주소에서 생산되는 제품에 한함.

ABB Automation GmbH, Stierstaedter Strasse 5, 60488 Frankfurt, Germany

2015년 08월 27일

2015.05.13 최초 교부
2015.08.27 정정발급

한국산업안전보건공단 이사장



제 2015-BO-0282-1 호



안 전 인 증 서

ABB Automation GmbH

Stierstaedter Strasse 5, 60488 Frankfurt, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Gas Analyzer

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
LS4060

인증번호

15-AV4BO-0282

용량·등급

Ex tD A21 IP66 T88℃
18~32V, 0.4A, 10W, Ta = -20~55℃

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

아래 주소에서 생산되는 제품에 한함.

ABB Automation GmbH, Stierstaedter Strasse 5, 60488 Frankfurt, Germany

2015년 08월 27일

2015.05.13 최초 교부

2015.08.27 정정발급

한국산업안전보건공단 이사장

